

血液凝固測定装置・血小板凝集能測定装置  
保守契約仕様書

循環器・呼吸器病センター

## I. 調達物品の構成内容

調達機器名 血液凝固測定装置、血小板凝集能測定装置

(機器システム名)

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| 1. 血液凝固測定装置システム   | 2 式 |
| 2. 血小板凝集能測定装置システム | 1 式 |

## II. 保守契約の主な内容

### 1. 血液凝固測定装置

#### 1-1) 保証期間

- 1-1) - (1) 保証期間内における故障等の不具合の場合、すべて無償修理とすること

#### 1-2) 保守契約内容

- 1-2) - (1) 保守契約期間は機器設置後 84 ヶ月間とする
- 1-2) - (2) 契約期間内のメーカーによる定期点検は年 1 回以上とすること
- 1-2) - (3) 電話サポートは 24 時間 365 日対応であること
- 1-2) - (4) 機器の点検・修理は、平日の 9 時から 17 時 30 分の範囲内に連絡を行えば、保守契約としての対象となること
- 1-2) - (5) 機器の点検・修理に必要な作業料金、交換部品代金（消耗品は除く）が含まれていること
- 1-2) - (6) 来訪により発生する交通費、出張費、宿泊費が含まれていること
- 1-2) - (7) 後日、確認のためメーカーの立ち合いが必要となった場合、料金の発生が無いこと

### 2. 血小板凝集能測定装置

#### 2-1) 保証期間

- 2-1) - (1) 保証期間内における故障等の不具合の場合、すべて無償修理とすること

#### 2-2) 保守契約内容

- 2-2) - (1) 保守契約期間は機器設置後 84 ヶ月間とする
- 2-2) - (2) 電話サポートは平日の 9 時から 17 時 30 分で可能であること
- 2-2) - (3) 機器の点検・修理は、平日の 9 時から 17 時 30 分の範囲内に連絡を行えば、保守契約としての対象となること

- 2－2）－（4）機器の点検・修理に必要な作業料金、交換部品代金（消耗品は除く）が含まれていること
- 2－2）－（5）来訪により発生する交通費、出張費、宿泊費が含まれていること
- 2－2）－（6）後日、確認のためメーカーの立ち合いが必要となった場合、料金の発生が無いこと