

拡大新生児マススクリーニング検査機器の購入及び保守（案件番号41） 質問に対する回答

番号	書類名、該当頁	質問事項	回答
質問1	仕様書 3 各装置の詳細 【自動分注機】(3)	サンプルに意図しない熱をかけてしまう可能性がある為、マニュアルシールを推奨しておりますが、プレートシーラーは必要でしょうか。	プレートシーラーを推奨しているメーカーもあったため、仕様書に記載しました。メーカー推奨に記載無ければ必要ありません。
質問2	仕様書 3 各装置の詳細 【血液ろ紙打ち抜き装置】 (3)	提案品はオプションでPCを追加することにより対応できる拡張性を有しておりますが、ワークフロー上、必ず必要となりますでしょうか。	装置に拡張性があればPCを用意する必要はありません。
質問3	仕様書 3 各装置の詳細 【その他の条件】3 ②	LAN接続とありますが、USBメモリーでの代用は可能でしょうか。	LAN接続に必要な条件（ExcelおよびAccessの導入されたPC）が付属していれば、USBでの代用も可です。