

仕 様 書

品 名	長時間心電図記録器		
仕 様	◎以下の銘柄の品目を納品すること		
	指定銘柄	規格	数量
	日本光電工業株式会社 長時間心電図記録器(RAC-3103)	別紙1参照	一式
仕 様	○ 要求仕様書 別紙2の要求を満たすこと		
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること		
納 入 場 所	埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 生理検査室		
納 入 期 限	令和 7 年 3 月 14 日 (金) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 10 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については当センターの指示に従うこと。		

仕様書別紙

【 長時間心電図記録器 一式 】の内訳書

○機器内訳書

銘柄	メーカー	規格	数量	備考
長時間心電図記録器	日本光電工業(株)	RAC-5203	5	
一体型電極アダプタ BM-532D		K1751	5	
SDカード		Y154F QM-002D	5	
RAC-5000シリーズリユーザブルポシェット		Y092A	5	
ビットロード NC-415U		G313A	5	
USB接続ケーブル JW-550D		L363A	1	
心電図参照用タブレット端末			1	
バーコードスキャナ	モトローラ	LS2208-USBR	4	
バーコードリーダーホルダ	日本光電工業(株)	DI-027D	4	
以下余白				

要求仕様書
基本要件
院内既設の現在運用中の、長時間心電図記録解析装置(品名: CardioREV DSC-3300 製造メーカー: 日本光電工業株式会社)と接続し連携運用が可能なこと。
院内既設の現在運用中の生理検査システム(品名: PRM-4000シリーズ、製造メーカー: 日本光電工業株式会社)と接続し連携運用が可能なこと。
長時間心電図記録器は以下の性能を有していること
検査結果をSDカードとバックアップとして検査結果を記録器内部メモリにも同時に保存できること
装着時に専用ソフトを用い心電図波形・SDカード内の患者属性・記録設定の確認ができること
専用ソフトから記録開始指示ができること
現在検査室で使用しているディスプレイ電極が使用できること
装置からのボタン操作で記録中の心電図波形の確認ができること
心電図参照用タブレット端末について
波形確認ソフトがインストールされていること
タッチスクリーン操作ができること
本体充電ケーブルを用意すること
自立すること
画面サイズ10型以上
重さ800g以下
CPU: Intel Celeron N6210以上
SSD 256GB以上
その他
始業および終業点検項目を明記すること
本機器、システムの管理者、運用者に取り扱い説明を行うこと