

## 仕 様 書

|    |         |  |  |
|----|---------|--|--|
| 品名 | 生体情報モニタ |  |  |
|----|---------|--|--|

### 1 仕様・銘柄

#### 例示銘柄・型式・数量等

| 銘柄     | 型式        | 数量 | 備考               |
|--------|-----------|----|------------------|
| ①日本光電  | CU152-R   | 一式 | 搬入設置、調整、説明を含むこと。 |
| ②フクダ電子 | DS-1200FR |    |                  |

下記の条件を満たすこと。

- ①m-ECT通電中に、モニター画面が通電状態の影響を受けずに表示され、心電図、呼吸、血圧、酸素飽和度、二酸化炭素分圧を測定できること
- ②使用するモジュールを自動認識し、モニター内部及び外部用紙に記録できること
- ③数値と波形を同時に表示し、画面構成を任意に変更でき、またトレンド・リスト表示ができること
- ④バッテリーを搭載し、AC電源供給が途絶えた場合でも、データを消失することなく最低1時間使用可能であること
- ⑤モニタディスプレイサイズが15インチ以上であること

※提案品の受付を実施する。

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 納入場所 | 埼玉県立精神医療センター 2階 手術室<br>埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 TEL048-723-1111  |  |  |
| 納入期限 | 令和7年3月18日（火）<br>※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整の上、決定する。   |  |  |
| 納入条件 | 1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。<br>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。<br>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。<br>4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。<br>5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。<br>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。<br>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。<br>8 納品する物品は、新品であること。<br>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 |  |  |