

仕 様 書

品 名	麻酔器		
1 仕様・銘柄			
例示銘柄・型式・数量等			
銘 柄	型式	数量	備考
①アコマ	AnespiratorA35	一式	搬入設置、調整、説明を含むこと。
②ドレーゲル	Fabius plus XL		
<p>下記の条件を満たすこと。</p> <p>①換気モードで機械換気（圧換気・量換気）、手動換気への切替えが可能であること</p> <p>②換気様式の変更は、必ずロータリーノブを押してから変更するなど、誤設定防止機能があること</p> <p>③電源が遮断された状態でもバックアップバッテリーにより最低45分間稼働できること</p> <p>④予備酸素ポンプが収納可能であること</p> <p>⑤ベンチレーター（人工呼吸器部）は本体部内蔵の電気駆動であること</p> <p>※提案品の受付を実施する。</p>			
納入場所	埼玉県立精神医療センター 2階 手術室 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 TEL048-723-1111		
納入期限	令和7年3月28日（金） ※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整の上、決定する。		
納入条件	<p>1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。</p> <p>2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。</p> <p>3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。</p> <p>4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。</p> <p>5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。</p> <p>6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。</p> <p>7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。</p> <p>8 納品する物品は、新品であること。</p> <p>9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。</p>		