

仕 様 書

品 名	麻酔器		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数 量
	ドレーゲルジャパン	・Atlan A350 ＊詳細は【別紙1】のとおり	2式
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数 量
仕 様	GEヘルスケア	・麻酔システム Carestation750 ＊詳細は【別紙2】のとおり	2式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所 【 4階 手術室 】		
納 入 期 限	令和7年8月29日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:ドレーゲルジャパン

項目	品番	数量
・ Atlan A350 セントラルブレーキ付きシャーシ 【構成品内訳】	8621500	2 式
・ トロリータイプA350 Atlan A3xxソフトウェア2.10	OPC5907	2
・ 3ガス電気ミキサー、アドバンスポンベサポート	OPC5955	2
・ 患者ガスモジュールxGM AutoID	OPC5917	2
・ Drager Auto Exclusion、気化器	OPC5925	2
・ Vaporシールド	8621648	2
・ ガスポンベ2本用ホルダー	8609647	2
・ ポンベ用レンチキット O2減圧器、ポンベ(小)用	8621198	2
・ O2減圧器、ピンインデックス	8621869	2
・ アドバンスガスモニタリング	OPC5938	2
・ アドバンスストレンド	OPC5940	2
・ アドバンス換気モニタリング	OPC5941	2
・ アドバンス新生児サポート	OPC5942	2
・ エキスパートビュー	OPC5943	2
・ Lung Recruitment	OP50000	2
・ 自発呼吸サポート	OPC5936	2
・ Auto Flow	OPC5937	2
・ 換気バッグアーム、フレキシブル	8605088	2
・ Atlanノズル リューザブル	8621781	2
・ AGSアクティブ	OPC5946	2
・ AGSホースコネクタ8/12mm	M36048	2
・ マノメーター	OPC5948	2
・ 跳ね上げ式延長ケーブル	8621330	2
・ コアユニット	OPC5888	2
・ Mounting set power strip	OPC5956	2
・ Atlan A3X0カウンターウェイト	8609640	2
・ バポール2000	M35054	2
・ セボフルラン	OPC0096	2
・ プラグインアダプター Auto Exclusion	OPC5417	2
・ 注入アダプター	M36120	2
・ IDウォーターロック2 (min: 12)	6872020	24
・ サンプルラインセット(10個入り)	8290286	2
・ USB Stick 1GB PDM20-1 Drager	8416347	2
・ 耐圧ホースO2、DISS-川重5m	M35804	2
・ 耐圧ホースAir、DISS-川重5m	M35801	2
・ 耐圧ホースN2O、DISS-川重5m	M35807	2
・ 余剰ガス壁側アダプタ(川重ストレート)	MV07131 701051	2
・ 余剰ガス排出ホース(5m分)	MV07132	2
・ CLICスタートアップキット	5315010	2
・ キャスターガード4個入(小)	M36049	2
・ 手術室麻酔器接続対応 【以下余白】	ORSYS接続対応	2

【別紙2】

銘柄2:GEヘルスケア

項目	品番	数量
・ 麻酔システム Carestation750 【構成品内訳】		2 式
・ CS750 Prime M Pro 麻酔器一式(ACGO 有)		2
・ Tec850 気化器 セボフルラン		2
・ 気化器 Tec6 Plus		2
・ ハイトレル患者回路(成人用)1.5m リューザブル		2
・ ストレートコネクタ(成人用)		2
・ キャスターガード(CS650用)		2
・ E-sCAiOモジュール ISO準拠		2
・ 排気ライン(18cm) ISO準拠		2
・ O2耐圧ホース(5m-川重)		2
・ N2O耐圧ホース(5m-川重)		2
・ Air耐圧ホース(5m-川重)		2
・ 余剰ガスホース(5m-川重)		2
・ CS750 延長保証(2~3年目)		2
・ 手術室麻酔器接続対応		2
【以下余白】		