

件名	血液ガス分析装置の賃貸借及び検査試薬の購入
----	-----------------------

番号	書類名、該当頁	質問事項	回答
1	入札説明書 4(3) ウ	提出書類について試薬（付属品）のカタログの作成を行っていないのですが、どのように提出させていただいたらよろしいでしょうか。	包装単位（検査可能件数：例150テスト用）を載せてください。
2	血液ガス分析システム試薬仕様書 2.3	年間総数量(別表1)とありますが、別表1はどちらに掲載されてますでしょうか。	別表1は、誤記入でした。申し訳ありません。仕様書に記載されている年間6万件で算出してください。
3	応札仕様書	応札仕様書のテンプレートはございますか。 ある場合は、どこで手に入りますか。	テンプレートはありません。 選択された機器、試薬が、それぞれ仕様書の各項目を満たしているかを確認するため、項目ごとに該当の可否をお示しください。 別添を参考にしてください。
4	試薬仕様書 2 入札 2.3	年間総数(別表 1)はどこにありますか。 ある場合はどこで手に入りますか。	別表1は、誤記入でした。申し訳ありません。仕様書に記載されている年間6万件で算出してください。
5	血液ガス分析装置システム仕様書 3.6 接続にあたり、各部門と打ち合わせをおこない、システム改修・構築に要する費用を含むこと。	各装置をオンラインで接続するにあたり、院内の各部署にLANポートの設置やHUBなどが必要となります。こちらは病院様にてご準備頂くとの認識でよろしいでしょうか。事前にLAN配線等の場所の打合せや確認を行う事もなかった為費用の算出をすることが難しい状況です。 検査科様にもご相談させて頂いております。	病院側で準備します。
6	血液ガス分析装置システム試薬仕様書 2.3 試薬単位は 現行機器より算出したものであり、年間総量(別表1)	別表1とはどの資料になりますでしょうか。 申し訳ございません。確認ができませんでした。	別表1は、誤記入でした。申し訳ありません。仕様書に記載されている年間6万件で算出してください。
7	血液ガス分析装置システム試薬仕様書 1. 試薬種別	・サーマルペーパーなどの検査結果を印字する消耗品に関しては入札に含まれますでしょうか。	消耗品に関しては入札に含まれません。
8	血液ガス分析装置システム試薬仕様書 1. 入札	今回の試薬入札の件ですが、当初は7年間とお聞きしておりました。今回の入札は1年間との事ではよろしいでしょうか。2年目以降の試薬価格についてはどのようになるのでしょうか。	7年間分として入札してください。
9	血液ガス分析装置システム仕様書 II 調達物品の主な仕様	一括購入の検討ではなく、7年間のリース料金での入札でよろしいでしょうか。 入札には7年間の（機器+オンライン費用+保守費用）を含む総額のリース料金を入札する形でしょうか。 また、別件ですが、「医療機器業公正取引協議会」よりメーカーが病院へのオンライン費用の肩代わりは禁止されております。一括の入札ではこの「オンライン費用」が詳細にわからない為、メーカー側が提示するオンライン費用詳細ではなく、オンライン会社からの見積もりなど詳細な金額を明記する事を入札の条件に出来ないでしょうか。	今回の入札では、血液ガス分析装置の7年間の賃貸借と7年間の検査試薬購入について、賃貸借の入札金額と試薬購入の入札金額が、それぞれ予定価格の範囲にあり、かつ、賃貸借と試薬購入の合計に係る入札金額が最低の価格であるものを落札者とする事としています。 入札者が、仕様を満たす賃貸借機器、試薬、その他費用について、どれを選択するかは、入札者に委ねております。したがって、コンプライアンスに則り、機器の賃貸借（すべての費用を含む）と検査試薬購入それぞれの額を「入札書の作成要領」に従ってお見積りいただき、その金額を入札書（様式第3号及び別紙）に記載の上、提出してください。