

機器仕様書

- 1.1 pH,pCO2,pO2,Na+,K+,Ca++,Cl- ,Glu,Lac,O2Hb,COHb,HHb,MetHb,sO2,tHb,Hct の項目について同時測定（演算項目含む）が可能であること。
- 1.2 必要に応じて装置ディスプレイ上で測定する項目を選択できること。
- 1.3 使用する電源は、100V であること。
- 1.4 画面表示は、日本語であること。
- 1.5 メニュー操作が容易であること。



※応札する機器名をご記入ください。

- 1.1 pH,pCO2,pO2,Na+,K+,Ca++,Cl- ,Glu,Lac,O2Hb,COHb,HHb,MetHb,sO2,tHb,Hct の項目について同時測定（演算項目含む）が可能です。
- 1.2 必要に応じて装置ディスプレイ上で測定する項目を選択できます。
- 1.3 使用する電源は、100V です。
- 1.4 画面表示は、日本語です。
- 1.5 メニュー操作は容易です。

