

自動血球分析装置の購入及び保守（案件番号１） 質問に対する回答

本回答に併せて令和7年5月16日付けで購入仕様書を修正し、再度ホームページに掲載しました。

番号	ファイル番号、 該当頁、 該当項目	質 問 事 項	回 答
1	06-1_仕様書（機器）循呼 3頁 1-2)-(4)、1-2)-(5)	(4)ではオートサンプラー最低検体量が1mlとありますが、 (5)では最低検体量が90μlと内容が重複しております。(5)は 吸引量でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。 1-2)-(5)を「自動血球分析装置は、オートサンプラー測定モードお よびマニュアル測定モードで 最低吸引量 90μl 以下であること」 とします。
2	06-1_仕様書（機器）循呼 3頁 1-2)-(8) 06-2_仕様書（機器）がん 3頁 II. 1. 16)	挿入口と出口がそれぞれ1箇所であるという理解でよろしいで しょうか。	ご認識のとおりで問題ありません。
3	06-1_仕様書（機器）循呼 4頁 1-2)-(18) 06-2_仕様書（機器）がん 3頁 II. 1. 24) 06-3_仕様書（機器）小児 3/6頁 1-2)-(20) 06-4_仕様書（機器）精神 2頁 II. 1. 2)-(5)	精度管理データの打ち出しですが、担当者様が集計したデー タの打ち出しという理解でよろしいでしょうか。装置内では コントロールロット毎の集計となります。また弊社外部精度 管理システムをご利用いただけますが、年次集計は対応して おりません。年次集計をご担当者様で作成し、それを印刷す ることは可能です。	ご認識のとおりで問題ありません。
4	06-2_仕様書（機器）がん 4頁 II. 2. 8)	本体の大きさでよろしいでしょうか。オプションとしてPC設 置台を加えると幅約1508mmとなります。	問題ありません。
5	06-3_仕様書（機器）小児 3/6頁 1-2)-(3)、1-2)-(4) ※項目番号は修正前	弊社装置仕様上オートサンプラーで1ml、マニュアル測定モー ドで160μlとなります。施設でテストいただき可能という判 断の元500μl、150μlと定めた場合、仕様を満たしていると判 断いただけますでしょうか。	1-2)-(3)を削除します。 1-2)-(4)を「マニュアル測定モードで最低検体量 160μl 以下である こと」とします。
6	06-3_仕様書（機器）小児 5/6頁 4.	「機器4は…機器1、4と接続したシステムで運用される」 とありますが、「機器1、3」でしょうか。	ご指摘のとおりです。 4を「機器4は血液塗抹標本の染色像を撮像し、分類する装置で、 機器1、3 と接続したシステムで運用される」とします。
7	06-1_仕様書（機器）循呼 6頁 5-5) 06-2_仕様書（機器）がん 4頁 III. 5. 06-3_仕様書（機器）小児 6/6頁 5-5) 06-4_仕様書（機器）精神 3頁 2-5)	「機器返還時の対応」とありますが、賃貸借ではないので間 違いでしょうか。	「 機器返還時の対応 」項目を削除します。 ※併せて、 リース機器撤去費用に係る他の記載 も仕様書から削除し ます。
8	07-1_仕様書（保守）循呼 2頁 5) 07-2_仕様書（保守）がん 2頁 5) 07-3_仕様書（保守）小児 2/2頁 5) 07-4_仕様書（保守）精神 2頁 1-1)-(5)	対応できる体制にコール対応は含まれるでしょうか？コール 対応は24時間365日、訪問対応は9:00～17:35で問題ありませ んでしょうか。	問題ありません。