

X線TV装置の購入及び保守(案件番号23) 質問に対する回答

番号	書類名、該当頁	質問事項	回答
質問1	仕様書(購入) 8 周辺機器との接続など 8-1 機構PACSとDICOM STORAGE 接続を行うこと。	DICOM Storageは機構検像システムも含まれますか。	DICOM Storage接続においては検像システムを経由するため含まれます。