

## 乳房 X 線撮影装置保守業務仕様書

この仕様書は、乳房 X 線撮影装置保守業務（以下「委託業務」という。）の概要を示すものであって、ここに記載されていない細部の事項については、委託者と受託者が協議して決定する。

### 1 保守対象期間 期間については稼働日以降に決定

但し、※2 4)に関しては、2026 年 10 月 1 日から 2033 年 9 月 30 日まで

### 2 委託業務の対象機器

1) 乳房用 X 線診断装置	AMULET SOPHINITY+AWS	1 台
	AWS 追加モニタ Type BCD 用	1 台
	AWS 2M_E モニタパーツ交換_7Y	1 台
	AWS 5M_J モニタパーツ交換_7Y	1 台
	ソフィニティ_AWSPC パーツ交換 7Y	1 台
2) AMULET BIOPSY	SOPHINITY BIOPSY ユニット	1 台
3) ASSISTA Management	M セレクション・QC・ヒストリ・マルチ	1 台
4) FCR マンモ CAD	マンモグラフィ CAD	1 台

### 3 保守内容

#### 1) 定期点検

受託者は、対象機器を常に良好な状態に保つため、年 2 回定期的に専門技術員を派遣し、定期点検表に基づく点検・調整及び部品交換を行うものとする。点検時期は委託者の指定した平日に実施するものとする。（精度管理代行サービスを含む）

（月曜日～金曜日 9:00～17:40）

但し、イ 生検キットに関しては 年 1 回点検

#### 2) リモートメンテナンス

受託者は年 1 2 回のリモートメンテナンスを実施するものとする。

#### 3) 随時対応保守

受託者は、定期点検のほか不時の故障時等、委託者から要請があった時は、速やかに専門技術員を派遣し、監督員の指示に従い必要な点検、修理等を行うものとする。対応は月曜日から土曜日の 8:00～20:00（但し、年末年始、祝祭日は除く）

#### 4) 修理交換部品

交換部品代は、限度額なく保証する。

### 4 保守の範囲

次の各項にあげるものは、委託業務に含まないものとする。

- 1) 天災地変等両者の責に帰することのできない原因により生じた修復作業
- 2) 委託者の機器取り扱いの誤りに起因する修復作業。
- 3) 対象機器のオーバーホール（システム変更）
- 4) 機器仕様変更に伴う改造・組替又は移設に関する据付作業。
- 5) 委託者の病院システムの仕様変更に伴う、対象機器の仕様変更。
- 6) ネットワーク関連部品、ケーブル。
- 7) 保守内容に含まれない項目の保守。

### 5 負担区分

- 1) 保守業務に使用する電力、給水、給湯、ガス等は、委託者の負担とする。
- 2) 保守業務に必要な交換部品（通常パーツ、定期交換部品）は、受託者の負担とする。
- 3) 放射線管理システムの仕様変更に伴う対象機器の仕様変更は委託者の負担とする。