

乳房X線撮影装置の購入及び保守(案件番号24) 質問に対する回答

注)本回答に併せて仕様書を修正し、令和7年8月20日付けで本案件のウェブページに掲載されている仕様書のPDFを差し替えました。

番号	書類名、該当頁	質問事項	回答
質問1	仕様書(購入) 8 接続等 8-5 各種接続に関することは病院側担当者と協議して十分な環境を整えること。	接続含めトモシネシス画像を受信する場合機構PACSサーバーの容量を増設する必要がありますか。	トモシネシス画像生成に応じたStorage容量の増設を要するため、機構保有のPACSサーバー容量を10TB増設することを含みます。
質問2	仕様書(購入) 4 画像制御装置は、以下の要件を満たすこと。 4-5 画像確認用モニターとして、解像度2560×12048の5Mモノクロモニターを接続できること。	解像度2560×12048とありますが解像度2560×2048で仕様対応可能でしょうか。	文書タイプ時の誤記ですので、解像度2560×2048に仕様書を修正します。
質問3	仕様書(購入) 6 バイオプシー位置決め機能は以下の要件を満たすこと。 6-6 5Mピクセルの 2ndモニターを有すること。ポジショナー重量は7kg未満であること。	ポジショナー重量は7k以下で仕様対応可能でしょうか。	ポジショナー重量は7kg以下で問題ありませんので仕様書を修正します。