

仕 様 書

品 名	ウォッシャーディスインフェクター（専用架台付）		
1 仕様・銘柄			
例示銘柄・型式・数量等			
例示銘柄	メーカー名	型式・数量	備考
1	株式会社エムエス	DS500 DRS 1台 構成は【別紙1】のとおりとする。	・搬入、据付、調整、二次側給排水配管接続、試運転及び説明に係る費用を含むこと。 ・設置に当たって、給排水設備の接続に必要な部材を用意して接続し、使用できる状態とすること。 ・工事現場の確認を事前に行うこと。 ・既存品のセンター内所定場所（2階から1階へ、エレベーター使用可）への移動を含むこと。
2	村中医療機器株式会社	PG8592 1台 構成は【別紙2】のとおりとする。	
<p>①本体外寸（専用架台込）は、幅850mm×奥行700mm×高さ1,600mm以内であること</p> <p>②本体内寸は、幅535mm×奥行500mm×高さ450mm以上であること</p> <p>③洗浄処理工程は、洗浄、すすぎ、消毒、乾燥の処理が全自動で行えること</p> <p>④国際規格（ISO15883）に準拠していること</p> <p>⑤電源は、三相200Vであること</p> <p>※提案品の受付を実施する。</p>			
納入場所	埼玉県立精神医療センター 指定場所：2階中央材料室 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 TEL048-723-1111		
納入期限	令和8年3月19日（木） ※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整の上、決定する。		
納入条件	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い及び操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は、新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】
株式会社エムエス

型式	内訳(付属品等)	数量
DS500 DRS	本体 排気コンデンサー 2段ラック 専用架台 【以下余白】	1 1 1 1

【別紙2】
村中医療機器株式会社

型式	内訳(付属品等)	数量
PG8592	本体 排気コンデンサー 2段ラック 専用架台(500mm) 【以下余白】	1 内蔵 1 1