

仕 様 書

品 名	新生児用人工呼吸器		
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数 量
	エア・ウォーター・メディカル	・ファビアン Evolution * 詳細は【別紙1】のとおり	1 式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。  ○ 撤去した現有品は、小児医療センター内の別途指示する場所に移動すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所         【 5階 NICU病棟 】		
納 入 期 限	令和8年10月30日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:エア・ウォーター・メディカル

項目	品番	数量
・ ファビアン Evolution		1 式
【標準構成品】		
・ ファビアン Evolution 本体		2 台
・ 電源コード		2 本
・ リューザブルフローセンサー(新生児用)		2 個
・ フローセンサーケーブル		2 本
・ テストラング(新生児用)		2 個
・ FGチューブ		4 本
・ 呼気弁		2 個
・ 呼気弁ホルダー		2 個
・ ウォータートラップ(AIR)		2 個
・ DISSアダプタ(O2)		2 個
【別途販売品】		
・ ファビアン EVO CIMカート		2 台
・ ファビアン CIMバスケット		2 個
・ ファビアン 呼吸回路支持アーム		2 本
・ ファビアン IVポール		2 式
・ 耐圧ホース(ピンタイプ3m、O2袋ナット付+AIR)		2 式
・ F&P 加温加湿器 MR850 本体のみ		2 台
・ F&P 温度プローブ(MR850、1.3m回路用)		2 本
・ F&P ヒーターワイヤーアダプタ(850、RTシングル用)		2 箱
・ ファビアン フローセンサーケーブル		2 本
・ ファビアン ディスポ フローセンサー(新生児用)		1 箱(10個入)
・ ファビアン 呼気弁ホルダー		2 個
・ ファビアン 呼気弁		2 個
・ F&P F11回路		1 箱(15個入)
・ ファビアン FGチューブ		1 箱(10セット入)
・ F&P オプティフロージュニア2		1 箱
・ ファビアンEVO PRICO(酸素濃度自動調節機能)ソフトウェア		2 式
・ ファビアンNIV NIVトリガー ソフトウェア		2 式
・ ファビアン PDMSライセンスキー		2 式
・ Masimo SET Spo2 LEMOケーブル		2 式
・ LNCS NEO-L 未熟児用粘着式L型センサ		1 箱(20枚入)
・ NICUモニタリングシステム 呼吸器接続費(2台)	フィリップス	1 式
【以下余白】		