

仕 様 書

品 名	人工呼吸器		
仕 様	◎以下のいずれかの銘柄を納品すること。 【銘柄1】		
	メーカー名	型 式	数量
	アイ・エム・アイ	・Elisa600 ドイツ レーヴェンシュタインメディカルイノベーション社製 * 詳細は【別紙1】のとおり	1式
	【銘柄2】		
	メーカー名	型 式	数量
	日本光電	・NKV-550 * 詳細は【別紙2】のとおり	1式
【銘柄3】			
	メーカー名	型 式	数量
	ドレーゲル	・Evita V800 High * 詳細は【別紙3】のとおり	1式
	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。		
納 入 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2 埼玉県立小児医療センター 指定場所【 4階 PICU病棟 】		
納 入 期 限	令和8年10月30日(金) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。		
納 入 条件等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、小児医療センターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.8m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。なお、シーリングペンダント等の配線が必要な場合は、事前に管財担当の了承を得ること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。		

【別紙1】

銘柄1:アイ・エム・アイ

項目	品番	数量
・ アイ・エム・アイ 人工呼吸器Elisa600		1 式
【内訳】		
・ elisa ベンチレータ 600 本体セット		4 台
・ elisa ベンチレータ 600/800 カートセット		4 台
・ 酸素ホース 5M(DISS・P型)		4 本
・ 空気ホース 5M(DISS・P型)		4 本
・ 医療施設用配線器具MKI-4(赤)本体 3mケーブル		4 本
・ サポートアーム(フリーストップSL)		4 個
・ 取付シャフト50MM(フリーストップアームSL)		4 個
・ サポートアームブラケット2 IMI		4 個
・ ホースハンガー		4 個
・ MR850加温加湿器		4 個
・ 900MR805 ヒーターワイヤアダプタ(デュアル熱線入RTカイロ)MR850ヨウ		4 個
・ 900MR869温度プローブ(MR850ヨウ/1.5Mカイロヨウ)		4 個
・ 900MR088マウンティングブラケットレール(25MMX10MM)		4 個
・ 900MR291給水バッグ用ポール(曲)1.05M		4 個
・ NBILEVELソフトウェアライセンスELISA600-800		4 式
・ NCPAPソフトウェアライセンスELISA600-800		4 式
・ 呼吸パルプセット elisa300/500		4 個
・ 呼吸フローセンサーセット elisa600/800		4 式
・ LeoCap CO2センサ elisa		4 個
・ LeoCap CO2センサ用キュベット(リユース)成人/小児		4 個
・ LeoCap CO2センサ用ホルダー elisa		4 個
・ カフスカウト用サンプリングライン elisa		4 個
・ PICU呼吸器elisa600 4台追加対応 フィリップス		1 式
【以下余白】		

【別紙2】

銘柄2: 日本光電

項目	品番	数量
・ 日本光電 人工呼吸器NKV-550 【内訳】		1 式
・ NKV-550 人工呼吸器	NKV-550-UNV	4 台
・ コンパクトトロリー	KC-551Z	4 台
・ 加温加湿器マウント	DH-554Z	4 個
・ シリンジホルダ	DH-555Z	4 個
・ バスケット	DP-550Z	4 個
・ サポートアーム	YS-123P9	4 個
・ サポートアームマウント	DH-552Z	8 個
・ ウォーターバッグポール	YS-124P0	4 個
・ 加温加湿器MR850	MR850	4 台
・ ヒーターワイヤーアダプタ900MR805	V503E	4 本
・ 温度プローブ(MR850用-1.85m)	VV018	4 本
・ 拡張バッテリー	SB-550Z	4 個
・ 内臓バッテリー	SB-551Z	4 個
・ テスト用呼吸回路	VA-500Z	4 個
・ 呼気弁ユニット	YT-550Z	4 個
・ リューザブル呼気フローセンサ	TF-551Z	8 個
・ ガルバニ式酸素センサ		4 個
・ テスト肺1L	YS-120P2	4 個
・ 耐圧ホース酸素(川重)5M	VV121	4 本
・ 耐圧ホース空気(川重)5M	VV122	4 本
・ VENT(L)設置調整費	#INST-VENT(L)	4 式
【以下余白】		

【別紙3】

銘柄3:ドレーゲル

項目	品番	数量
・ドレーゲル Evita V800 High		1 式
【内訳】		
・ Evita V800	8422500	4 個
・ Evita V800 ネブライザー付	OPC6704	4 個
・ ディスポーザブル呼吸弁	MP01061	4 個
・ Low-Flow PV Loop	OPC6741	4 個
・ 非侵襲的陽圧換気療法	OPC6733	4 個
・ Pressure Support Ventilation	OPC6742	4 個
・ Smart Pulmonary View	OPC6736	4 個
・ 新生児用換気	OPC6735	4 個
・ 呼吸弁、リニューザブル	8415296	4 個
・ SmartCare/PS	OPC6740	4 個
・ CO2モニタリング(センサあり)	OPC6739	4 個
・ 成人用 CO2 キュベット	MP01062	4 個
・ 小児用 CO2 キュベット	MP01063	4 個
・ トロリー(架台)	OPC6042	4 個
・ システムケーブル0.7m	8422537	4 個
・ Infinity ACS アーム	MP00690	4 個
・ 新生児テスト肺、リニューザブル	MP20050	4 個
・ ナースコール	8417370	4 個
・ Drager USBスティック	8416347	4 個
・ 耐圧ホース02, DISS-川重 5m	M35804	4 個
・ 耐圧ホースAir, DISS-川重 5m	M35801	4 個
・ MR850 加温加湿器	MV07068	4 個
・ 900MR290 ウォーターバッグポール 0.7m	MP01008	4 個
・ 900MR805 エレクトリカルアダプター デュアル	MP01006	4 個
・ 900MR869 温度センサケーブル 1.5m MR850用	MV07047	4 個
・ Humidifier holder, DIN rail	8416325	4 個
・ SelfTestLung	MP20020	4 個
・ 加湿器ホルダー	G93111	4 個
・ マウントセット	8411074	4 個
・ フィリップスモニタ接続費		1 式
【以下余白】		