

## 仕様書

品 名	超音波洗浄機
仕 様	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 機器が発する超音波で洗浄層内の洗浄水を振動させて発生した泡が弾ける衝撃力により、洗浄層内の物を洗浄する装置であること。</li> <li>2 外形寸法が幅 450mm 以下、奥行 600mm 以下、水槽部分の高さが 800mm 程度（操作盤等は含まず。）であること。</li> <li>3 発信周波数は 20kHz 以上 30kHz 以下であること。</li> <li>4 最大出力がカタログ数値 700W 以上であること。</li> <li>5 水槽容量は 30L 以上であること。</li> <li>6 洗浄に使用するバスケットが付属していること。 形状は網目状とし、網目の幅は 5 mm 程度であること</li> <li>7 材質はステンレス製とし、洗浄層と 5 のバスケットは SUS304 以上の耐食性・耐久性を有すること。</li> <li>8 最小 1 分最大 60 分で刻み時間 1 分以下のタイマー機能を有していること。</li> <li>9 機器を水平に保つためのアジャスト脚であること。</li> <li>10 AC100V 電源であること。</li> </ol>
納 入 場 所	埼玉県立精神医療センター洗浄室 (埼玉県北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2)
納 入 期 限	令和 8 年 8 月 2 8 日 (金) 具体的な納入日時は、担当者と調整の上、決定する。
納 入 条 件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 納品する物品は新品であること。</li> <li>2 物品の搬入、据付（既存給排水管への接続を含む。）及び調整に当たっては、担当者の指示に従うこと。</li> <li>3 完了後は担当者の立会、確認を受けること。</li> <li>4 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は受注者の負担とすること。</li> <li>5 納品時に当センターの機器・設備・建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任により原状回復すること。</li> <li>6 納品検査完了後 1 年間に品質不良、変質、その他の瑕疵により各種調整、補修、交換等の必要が生じたときは無償で対応すること。</li> <li>7 機器の取扱・操作方法について、十分な説明・指導を行うこと。</li> <li>8 搬入に際し発生した梱包材料等は持ち帰ること。</li> </ol>
その他	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 設置予定場所にある既存品について、受注者が撤去の上、担当者が指示する病院内の保管場所へ移動すること。これに要する経費は発注者が負担するので、受注者は当該経費を入札金額に含めて入札すること。作業については、納入条件 5 の規定を準用する。</li> <li>2 入札参加希望者の理解に資するため、例示銘柄を提示する。  <u>東京超音波技研株式会社製 高耐久超音波洗浄機 (UCP-450)</u>            例示銘柄以外の物品で入札に参加しようとする者は、公告 6 に従うこと。         </li> </ol>

