

# 仕 様 書

品 名	液体ヘリウム		
仕 様	◎以下の物品を納品すること。		
	品目	規格	数量
	液体ヘリウム	仕様書別紙のとおり	500L
仕 様	○ 仕様書に示す製品を納入すること。		
	○ 上記の詳細な納入・設置場所は、落札後、病院と協議の上決定する。		
	○ ガスの供給作業に必要な費用も含めること。		
仕 様	○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類の費用も含めること。		
納 入 所	さいたま市中央区新都心1-2 埼玉県立小児医療センター 1 階 【 MRI室 】		
納 入 期 限	令和 8 年 10 月 10 日 ( 土 ) ※ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする(納入期限を納入(搬入)日とする場合もある)。また、納入日は土曜日とする。		
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 物品搬入時には当センターの機器、設備、建築物等に必要な養生を施すこと。 5 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 6 当該物品の納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について、補修、交換、各種調整、トラブル対応に無償で対応すること。 7 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 8 搬入に際し、発生した梱包材料等は持ち帰ること。また、作業にあたっては、センター内の環境美化に努め、清掃作業を行うこと。 10 納品する物品は、新品であること。 11 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。 12 搬入時における搬入車の停止位置および時期、時間については病院の指示に従うこと。		

## 液体ヘリウム仕様書別紙

### 1 納入品の規格等について

- ア 液体ヘリウムは純度 99.995%以上、露点が - 65℃以下のものとし、成分表を現場担当者に提出すること。
- イ 液体ヘリウムの容器は非磁性体のものを使用すること。
- ウ 注入に要する液体ヘリウムのトランスファーチューブは装置付属のものを使用すること。
- エ 注入に必要な加圧用ヘリウムガス（ヘリウムガス用調整器及び容器を含む）は納入者の負担とすること。
- オ マグネット室内での工具及び運搬具は非磁性体のものを使用し、供給に必要な工具（トランスファーチューブを除く）については、納入者の負担とすること。
- カ 納入は原則として指定する日に放射線技術部及び設置されている装置のメーカー職員の立会いのもとに行うこと。
- キ 注入時の諸注意は現場担当者の指示に従うこと。
- ク 注入の当たっては設置されている装置への納入方法を熟知した者が作業に当たること。
- ケ 対象装置は以下の通りである。

Philips : Intera Achieva 1.5 NOVA Dual

### 2 その他

- (1) 納入者は、本契約の履行に当たり、高圧ガス保安法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等関係法令を遵守し、安全に十分配慮の上、病院と協力し事故防止に努めること。
- (2) 搬入経路、院内各所の必要定数、連休時の対応、納入に関する詳細な取り決め事項は、病院担当者との協議の上、決定すること。また、運用の変更に柔軟に対応すること。
- (3) この仕様書に定めのない事項に関しては、発注者、納入者協議の上、定めることとする。