

物 品 調 達 仕 様 書

品 名	超音波診断装置						
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>メーカー名</th><th>型 式</th><th>数 量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富士フイルム株式会社</td><td>超音波診断装置 ARIETTA 750 DeepInsight x ※詳細は【別紙1】のとおりとする。</td><td>2式</td></tr> </tbody> </table> ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。	メーカー名	型 式	数 量	富士フイルム株式会社	超音波診断装置 ARIETTA 750 DeepInsight x ※詳細は【別紙1】のとおりとする。	2式
メーカー名	型 式	数 量					
富士フイルム株式会社	超音波診断装置 ARIETTA 750 DeepInsight x ※詳細は【別紙1】のとおりとする。	2式					
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780番地 埼玉県立がんセンター 指定場所	【 X線TV室及び血管造影室 】					
納 入 期 限	令和9年3月31日(水) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。						
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。なお、搬入車両がある場合は、がんセンターの地下駐車場を利用すること。ただし、搬入車両の車高が2.9m以上の場合や1時間以上の駐車時間が見込まれる場合は、あらかじめ駐車方法を相談すること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。						