

器械備品保守点検業務仕様書

1 保守点検対象機器の名称

ホルミウムヤグレーザー 一式 【泌尿器科】

(1) ホルミウムヤグレーザー

2 保守点検内容

(1) 点検項目及び内容

別添「点検表」のとおり

- * 「点検表」については、落札者決定後にメーカー標準様式を入手し、契約書に添付するものとする。

エダップテクノメド

- ・メンテナンス保守契約

タカイ医科

- ・フルメンテナンス保守契約

(2) 定期点検回数

年1回

(3) 点検実施時期

別表「支払金額内訳書」のとおり

3 オンコールの有無

有

4 無償交換部品

(1) 標準部品（消耗品を含む。）

5 適用除外事項

- (1) 甲の誤った使用方法、あるいは不本意な取扱いにより生じた故障及び損傷。
- (2) 甲による輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- (3) 災害、地震、風水害、その他の天災地変及び異常電圧、電流による故障及び損傷。
- (4) 甲、乙の協議なしに他の機器と接続するために行った作業、調整及び接続したことにより生じた故障及び損傷。