

生化学・免疫統合型分析装置購入仕様書

品名	生化学・免疫統合型分析装置		
仕様	1. 以下の銘柄を納品すること。		
	メーカー	製品名	備考
	ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	機器内訳書のとおり	搬入、据付、データ移行、機器検討に伴う現有機移設や設置に伴う給排水工事、既存機器の除染解体費用を含むこと。ただし廃棄費用は含めないこと。
	機器内訳書		
	製品名	型式	数量
	コバス pro 本体	コバス pro<503/801>+ISE neo900	1
	無停電電源装置	山洋電気株式会社 型番：S-A11N103A010W2	1
	純水装置	オルガノ株式会社 型番：ミニクリア MRA-0100SG-061 水質対応仕様（UV/MF 搭載）100L	1
	2. 現有サーバに保存されているデータを全て新システムへ移行すること。		
3. 電子カルテシステムその他検査業務に必要な当センターのシステム等にオンライン接続を行うこと。			
納入場所	埼玉県立精神医療センター検査室 （埼玉県北足立郡伊奈町小室 8 1 8 - 2）		
納入期限	令和 9 年 1 月 2 9 日（金） 具体的な納入日時は、担当者と調整の上、決定する。		
納入条件	1. 納品する物品は新品であること。 2. 物品の搬入、据付（電源給排水工事を含む。）及び調整（現有システムからのデータ移行を含む。）に当たっては、担当者の指示に従うこと。 3. 完了後は担当者の立会、確認を受けること。 4. 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は受注者の負担とすること。 5. 納品時に当センターの機器・設備・建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任により原状回復すること。 6. 機器の取扱・操作方法について、十分な説明・指導を行うこと。 7. 搬入に際し発生した梱包材料等は持ち帰ること。		
特記事項			