

仕 様 書

品 名	超音波診断装置								
仕 様	◎以下の銘柄を納品すること。								
	<table><tr><th>メーカー名</th><th>型 式</th><th>数 量</th></tr><tr><td>キヤノン株式会社</td><td>超音波画像診断装置 Aplio i700 Prism Edition ※詳細は【別紙1】のとおりとする。</td><td>1 式</td></tr></table>			メーカー名	型 式	数 量	キヤノン株式会社	超音波画像診断装置 Aplio i700 Prism Edition ※詳細は【別紙1】のとおりとする。	1 式
	メーカー名	型 式	数 量						
キヤノン株式会社	超音波画像診断装置 Aplio i700 Prism Edition ※詳細は【別紙1】のとおりとする。	1 式							
○ 仕様書に示す製品を納入すること。 ○ 納品時の動作確認に必要な消耗品類を含めること。 ○ 装置の搬送及び据付調整まで行うこと。 ○ 搬入・据付に当たっては、不要となる現有品を撤去し、設置すること。 ○ 落札後は速やかに納入設置計画ならびに施工図、工程表を作成して提示すること。 また、騒音を伴う工事については事前に担当者ならびに管財担当と協議して行うこと。 ○ 現有装置の超音波検査室2に設置のCanon社Aplio XGを撤去し、現有装置の超音波検査室1に設置のCanon社 Aplio500超音波装置一連の機器を超音波検査室2に移設し室内修繕を行うこと。 なお、他装置検査実施に支障が生じないように工程を調整すること。 ○ 設置後の検査プロトコールならびに安全管理についても十分な説明を行うこと。 ○ 納入からメーカーが保証する期間におけるすべての故障および不具合については無償で対応すること。 ○ 装置納入までにアップデートされる機能はすべて行い最新の状態で納入すること。 ○ 納入設置に関して疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議対応するものとする。									
納 入 場 所	埼玉県北足立郡伊奈町小室780 埼玉県立がんセンター 指定場所								
	【 放射線技術部 超音波検査室1 】								
納 入 期 限	令和9年3月31日(水) ※ ただし、具体的な納入(搬入)日時は、担当者と調整を行うものとする。								
納 入 条 件 等	1 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。 2 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。 3 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。 4 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させること。 5 当該物品は、納入検査完了後1年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。 6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。 7 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。 8 納品する物品は新品であること。 9 その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。								

【別紙1】

[illegible]