

仕 様 書

品 名	検査用顕微鏡														
仕 様	1 100Wハロゲンランプと同等以上の明るさを有する高演色性のLED照明を搭載していること。 2 LEDの定格寿命が50,000時間以上であること。 3 接眼レンズは視野数（FN）22以上であること。 4 対物レンズはPlan Achromat又は同等以上の平坦性と色収差補正を有するレンズであること。 5 鏡筒角度調整（10°以下～30°以上）、操作者が手首を机面に置いた自然な姿勢で操作できる低位置ステージその他長時間の検査業務に配慮したエルゴノミクス設計であること。 6 本体フレームはアルミダイカスト又は同等以上の硬さを持つ金属性であり、かつ、本体重量が20kgを超えないこと。 7 ステージは頻繁なスライドガラスの着脱に対して傷がつきにくい『セラミックコーティング又は同等以上の耐摩耗性を有する硬質表面処理』が施されていること。 8 顕微鏡用デジタルカメラ（医療用・研究用）に標準で接続可能であること。 例示銘柄 <table><tr><td></td><td>メーカー名</td><td>型式</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>株式会社 ニコンソリューションズ</td><td>ECLIPSE Ni L-E-21-6</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>株式会社 エビデント</td><td>BX53F 2-1-2</td><td>1</td></tr></table> ※ 提案品の受付を実施する。 例示銘柄以外の物品で見積合わせに参加しようとする者は、期限までに提案協議書を提出すること。				メーカー名	型式	数量	1	株式会社 ニコンソリューションズ	ECLIPSE Ni L-E-21-6	1	2	株式会社 エビデント	BX53F 2-1-2	1
	メーカー名	型式	数量												
1	株式会社 ニコンソリューションズ	ECLIPSE Ni L-E-21-6	1												
2	株式会社 エビデント	BX53F 2-1-2	1												
納 入 場 所	埼玉県立精神医療センター 新館1階 検査室 （埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2）														
納 入 期 限	令和9年1月29日（金） 具体的な納入日時は、両者で調整の上、決定する。														
納 入 条 件	1 納品する物品は新品であること 2 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、担当者の指示に従うこと 3 完了後は担当者の立会、確認を受けること 4 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は受注者の負担とすること 5 納品時に当センターの機器・設備・建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任により原状回復すること 6 機器の取扱・操作方法について、十分な説明・指導を行うこと 7 搬入に際し発生した梱包材料等は持ち帰ること 8 納品検査完了後1年間に品質不良、変質、その他の瑕疵により各種調整、補修、交換等の必要が生じたときは無償で対応すること														
その他															